

Advarsel

Risiko for forkerte blodsukker aflæsninger

Kære sundhedspersonale.

Vivisol srl informerer dig hermed om **vigtige sikkerhedsoplysninger** for patienter som anvender **Polithera** (Icodextrin) peritonealdialyseopløsning, og som måske har brug for blodsukkermonitører og teststrimler.

Patienter som anvender Polithera (Icodextrin) peritonealdialyseopløsning kan fremvise forkerte blodsukkerresultater, når der anvendes særlige blodsukkermonitører og teststrimler.

Brug KUN glukosemonitører og teststrimler som er glukosespecifikke. Disse metoder er almindelige i kliniske laboratorier. Kontakt fabrikanten af glukosemonitørerne og teststrimlerne, for at bestemme hvilken metode der anvendes. For yderligere sikkerhedsoplysninger henvises der til hjemmesiden: <https://www.glucoseinformation.it>

Udtrykket "glukosespecifik" gælder for monitører eller teststrimler som ikke påvirkes af tilstedeværelsen af maltose eller visse andre sukkertyper. Eftersom **Polithera** (Icodextrin) peritonealdialyseopløsning kan resultere i høje blodsukkerniveauer af maltose, bør der udelukkende anvendes glukosespecifikke monitører og teststrimler, for at undgå falske aflæsninger.

DER MÅ IKKE anvendes glukosemonitører eller teststrimler som anvender glukose-dehydrogenase-pyrroloquinolinquinon (GDH-PQQ) eller glukose-farvestof-oxidoreduktase-metoder. Derudover bør man ikke anvende de fleste, men ikke nødvendigvis alle monitører eller teststrimler som anvender glukose dehydrogenase flavin-adenin dinukleotid (GDH-FAD)

Brugen af disse metoder kan resultere i falske, høje blodsukker aflæsninger hos patienter som bruger **Polithera** (Icodextrin), på grund af maltose interferens.

En blodsukker aflæsning med disse monitører, som ser ud til at være inden for et normalt område hos en patient som anvender **Polithera** (Icodextrin), kan skjule faktisk hypoglykæmi. Dette vil betyde, at en patient eller sundhedspersonale ikke tager de passende forholdsregler til at sikre, at blodsukkeret kommer til at ligge inden for et normalt område.

En forkert, høj blodsukker aflæsning kan betyde, at en patient tager mere insulin end hvad der er behov for.

Begge scenarier kan resultere i livstruende situationer, hvilket omfatter bevidstløshed, koma, neurologisk skade eller dødsfald.

Yderligere betragtninger i forbindelse med patienter som anvender Polithera (Icodextrin):

1. Selv om man stopper brugen af **Polithera** (Icodextrin), vil det ikke omgående påvirke risikoen for den mulige interferens af glukosemonitører. Forkerte høje glukoseniveauer kan observeres op til to uger efter man har stoppet brugen af **Polithera** (Icodextrin).
2. For at bestemme hvilken metodetype der anvendes til overvågning af glukoseniveauerne, skal man gennemlæse mærkaterne for BÅDE den glukosemonitor og de teststrimler der anvendes. Hvis man er i tvivl, skal man kontakte fabrikanten af glukosemonitørerne og teststrimlerne, for at bestemme hvilken metode der bruges.
3. Hvis dit hospital bruger elektroniske patientjournaler, skal ovenstående oplysninger som beskriver den eventuelle interferens med blodsukkermonitører eller teststrimler indtastes et passende sted, som er klart og synligt for alle brugere.

*For yderligere oplysninger henvises der til de ordinerede oplysninger for **Polithera** (Icodextrin).*

*Vi håber, at disse oplysninger er nyttige for dig. Hvis du har yderligere spørgsmål angående **Polithera** (Icodextrin), bedes du kontakte din VIVISOL-repræsentant.*